

Rzaśnia dnia, 11.07.2018 r.

UGG.271.1.2018.MB

Do zainteresowanych

W odpowiedzi na skierowane pytania dotyczące treści zapytania ofertowego na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzaśni Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych i obligatoryjne jest zgłoszenie zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawu do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w dniu dostawy wyposażenia i urządzeń. Dostarczenie powyższych dokumentów jest warunkiem podpisania protokołu odbioru..

Pytanie nr 2: Minimalne wymagania KSRG określa podstawowy rodzaj asortymentu do wyposażenia zestawu R1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku? W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu Zamówienia.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wyposażenie zestawu R1 o ile jest to możliwe było wielorazowego użytku.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga deski ortopedycznej w kolorze żółtym, który ułatwia kontrolę stanu poszkodowanego, wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwi diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających kodowanych kolorami z metalowymi klamrami, zapinane na obrotowe metalowe zatrzaski, z zestawem klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wyposażonej w 14 dużych uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt oraz pracę w grubych rękawicach, posiadającej udźwig 450 kg i dodatnią pływalność noszy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga deski ortopedycznej w kolorze żółtym, wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwia diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających kodowanych kolorami z metalowymi klamrami, zapinanych na obrotowe metalowe zatrzaski, z zestawem klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu uszkodzonego oraz wyposażonej w uchwyty do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny chwyt oraz pracę w grubych rękawicach posiadającej udźwig nie mniejszy niż 300 kg i posiadającą dodatnią pływerność noszy.

Z poważaniem



WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk