

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzaśni

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1 do zaproszenia w następujący sposób:

- a) Opis **Zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego AED** w wierszu 37 tabeli otrzymuje następujące brzmienie: „Możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona w kieszeń do przechowywania dwóch kompletów elektrod. Zewnętrzna obudowa urządzenia ma być odporna na uszkodzenia mechaniczne (wytrzymywać upadek bez torby z wysokości 1 m na twardą powierzchnię - nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia)”
- b) Opis Latarki akumulatorowej w wierszu 47 tabeli otrzymuje następujące brzmienie:
- „Latarka kąтова akumulatorowa z ładowarką
- min 2 diody LED o intensywności świecenia min 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła
 - światło migające w trzech trybach: szybki, wolniejszy i wolny
 - funkcja umożliwiająca oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji
 - wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwił łatwe naciśnięcie
 - 3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia
 - poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu
 - przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45° / 90°
 - obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenie, ekstremalne temperatury i na korozję
 - stopień ochrony IP 67
 - moc światła 200lm
 - zmienny czas świecenia 4-6-8 h.”

Pozostałe zapisy treści załącznika pozostają bez zmian.

Z poważaniem


mgr Tomasz Stolarczyk